

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Fel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/I8093384 - CERTIFICATO DI ANALISI

Ferro e suoi composti come Fe*	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	5,3	-
Manganese e composti come Mn*	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	0,40	11332-11302-11373-11411
Mercurio e composti come Hg*	EPA 3050B 1996 + EPA 7471 B:2007	mg/kg	<0,043	11300-11310-11302-11314-11315-11319-11330-11335-11341-11360-11361-11372-11373-11400-11410
Molibdeno e composti come Mo*	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,040	11351-11319-11335
Nichel e composti come Ni	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,045	11302-11315-11350-11341-11351-11372-11400-11410-11317-11413
Piombo e composti come Pb	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,045	11302-11332-11360-11373-11400-11410-11330-11310-11300
Rame totale e composti come Cu	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,045	11302-11315-11319-11400-11410-11318-11332
Selenio e composti come Se	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,40	11331-11301-11373-11400-11410-11413
Stagno e composti come Sn*	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,045	11314-11412-11301-11312-11372-11319-11315-11400-11410-11350-11317
Tallio e composti come Tl	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,15	11300-11315-11330-11372-11373-11411
Tellurio e suoi composti come Te*	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,050	11350-11372-11400-11410
Vanadio e composti come V	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	<0,050	11302-11332-11335-11341-11361-11372-11411
Zinco e suoi composti come Zn	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	0,32	11300-11302-11314-11318-11400-11410
Calcio e suoi composti come Ca, di natura non pericolosa *	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	298	-
Magnesio e suoi composti come Mg, di natura non pericolosa*	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	37,1	-
Potassio e suoi composti come K, di natura non pericolosa*	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	65,2	-
Sodio e suoi composti come Na, di natura non pericolosa*	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	91,8	-
Azoto ammoniacale (come NH4+)	APAT CNR IRSA 4030/A2 Man 29 2003	mg/kg	43,4	-
Azoto nitroso (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	9,9	-
Azoto nitrico (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	113	-
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	78	-
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Bromuri *	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Cianuri come CN- *	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	mg/kg	<2	11330-11400-11410-11310-11300-11351-11373-11350-11372-11334-11317-
Solfuri *	APATA CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/kg	<10	11350-11372-11317-11400-11410-11311-11302-11314-11341-11373
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/kg	1640	-
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120/B Man 29 2003	mg/kg	300	-

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

C:\ASAF\A18093384.doc



GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605




LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18093384 - CERTIFICATO DI ANALISI

Conducibilità *	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	3160	-
Azoto organico *	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003	mg/kg	26	-
Azoto totale *	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	mg/kg	381	-
Fensioattivi anionici MBAS*	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Fensioattivi non ionici BIAS*	Metodo interno MI 001	mg/kg	<5	-
Fensioattivi totali*	Σ BIAS + MBAS	mg/kg	<5	-
Carbonati e bicarbonati espressi come CaCO ₃ *	Metodo interno MI 057	mg/kg	1952	-
Fosforo totale*	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Solidi sedimentabili *	APAT CNR IRSA 2090/C Man 29 2003	ml/l	<1	-
Solidi sospesi*	APAT CNR IRSA 2090/B Man 29 2003	mg/kg	620	-
Solfuri *	APAT CNR IRSA 4150/B Man 29 2003	mg/kg	<10	-
Silicio e suoi composti come Si, di natura non pericolosa*	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg	28,5	-

DETERMINAZIONI PRODOTTI ORGANICI PERSISTENTI

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Conc. limite - Allegato IV Regolamento Ce 850/2004 e s.m.i.	Codici di indicazione di pericolo
Tetrabromodifenil etero *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	1000	-
Pentabromodifenil etero *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		H373 - H362 - H400 - H410
Esabromodifenil etero *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		-
Eptabromodifenil etero *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		-
Acido perfluorooctano sulfonato e suoi derivati *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H360D - H372 - H332 - H302 - H362 - H411
DDT *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H301 - H372 - H400 - H410
Clordano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H312 - H302 - H400 - H410
Lindano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H301 - H332 - H312 - H373 - H362 - H400 - H410
Alfa-esaclorocicloesano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Beta-esaclorocicloesano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Dieldrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H310 - H301 - H372 - H400 - H410
Endrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H300 - H311 - H400 - H410
Eptacloro *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H311 - H301 - H373 - H400 - H410
Esaclorobenzene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H350 - H372 - H400 - H410
Clordecone *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H311 - H301 - H400 - H410



3 di 10

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto integralmente salvo approvazione scritta da parte del laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 143/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art li 8 e 3 - D.M. 25/3/1986.

C:\ASAF\A18093384.doc

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18093384 - CERTIFICATO DI ANALISI

Aldrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H311 - H301 - H372 - H400 - H410
Pentaclorobenzene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H228 - H302 - H400 - H410
Mirex *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H361FD - H362 - H312 - H302 - H400 - H410
Foxalene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H301 - H312 - H335 - H315 - H400 - H410
Esabromobifenile *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Endosulfan *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H330 - H300 - H312 - H400 - H410
Esaclorobutadiene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	100	-
Naftaleni policlorurati *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<1	10	-
Alcani C10-C13, cloro (SCCP)*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<100	10000	H351 - H400 - H410
Esabromociclododecano*	Metodo interno MI 068	mg/kg	<100	1000	H361-H362
PCB e PCT *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<1	50	H373-H400-H410


DETERMINAZIONE SOLVENTI E ALTRE SOSTANZE ORGANICHE

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Codici di indicazione di pericolo
Benzene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H350-H340-H372-H304-H319-H315
Toluene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H361-H304-H373-H315-H336
Etilbenzene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H332-H373-H304
Xilene isomeri*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H226-H332-H312-H315
Stirene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H226-H361-H332-H372-H315-H319
Clorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H220-H351-H373
Diclorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351
Triclorometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351-H361-H331-H302-H372-H319-H315
Cloruro di vinile *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H220-H350
1,2-dicloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H350-H302-H319-H335-H315
1,1-dicloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H224-H351-H332
1,2-dicloropropano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H332-H302-H350
1,1,2-Tricloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351-H332-H312-H302
Tricloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H350-H341-H319-H315-H336-H412
1,2-dicloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H332-H412
1,2,3- tricloropropano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H350-H361-H332-H312-H302

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art. li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art. li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

CASAF/A18093384 doc



GRASI S.R.L.*Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene*

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche.

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18093384 - CERTIFICATO DI ANALISI

1.1.2.2- tetracloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1330-I1310-I1411
Tetracloroetilene *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1351-I1411
1,1-dicloroetano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	≤1	I1225-I1302-I1319-I1335-I1412
1,1,1-tricloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1332-I1420
Tribromometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1331-I1302-I1319-I1315-I1411
1,2- Dibromoetano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1350-I1331-I1311-I1301-I1319-I1335-I1315- I1411
Dibromoclorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	-
Bromodichlorometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	-
Monoclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1226-I1332-I1411-I1315
1,2-diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1302-I1319-I1335-I1315-I1400-I1410
1,3-diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1302- I1411
1,4- diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1351-I1319-I1400-I1410
1,2,4- triclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1302-I1315-I1400-I1410
Pentacloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1351-I1372-I1411
1,3 Dicloropropene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1226-I1311-I1301-I1332-I1304-I1319-I1335- I1315-I1317-I1400-I1410
Clorobenzene*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<1	I1226-I1332-I1411
1,1,2-Triclorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1351-I1332-I1312-I1302
1,2,4,5-tetraclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	-
Tetracloruro di carbonio*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1351-I1331-I1311-I1301-I1372-I1412-I1420
Solventi organici aromatici*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	
1,2,4 - Trimetilbenzene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1226-I1332-I1319-I1335-I1315-I1411
1,3,5 - Trimetilbenzene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1226-I1335-I1411
4 Isopropiltoluene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	-
Solventi totali*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990+ CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1224-I1225-I1226
Epitacloro epossido *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	I1351-I1301-I1373-I1400-I1410
p,p' - DDE*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	
o,p' - DDE*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 816 RD 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986

CASAE/A18093384.doc



GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche.

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18093384 - CERTIFICATO DI ANALISI

p,p'- DDD*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	-
o,p'- DDD*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	-
Metossicloro *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	-
Alaclor *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	H351-H302-H317-H400-H410
Atrazina *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	H373-H317-H400-H410
Nitrobenzene*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	H351-H360F-H301-H331-H311-H372-H412
1,2-dinitrobenzene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	H330-H310-H300-H373-H400-H410
1,3-dinitrobenzene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	H330-H310-H300-H373-H400-H410
Clorobenzeni *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	-
Sostanze organiche volatili *	EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006	mg/kg	<10	-
Sostanze organiche*	Da calcolo	%	0,22	-
Solventi organici azotati*	EPA 3550C:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	H220-H332-H335-H315-H318-H226-H361- H312-H302-H314
Pesticidi Fosforati*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	H310-H300-H400-H410-H311-H301-H411- H302-H312
Pesticidi Totali esclusi i fosforiti tra cui: Al drin, Dieldrin, Endrin, Isodrin*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	H351-H311-H301-H372-H400-H410-H310- H300-H330
Solventi organici alogenati*	EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006	mg/kg	<10	-
Ammine aromatiche *	EPA 3550C:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<10	H351-H341-H331-H311-H301-H372-H318- H317-H400
I.P.A.*	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	mg/kg	<5	H350-H340-H360-H317-H400-H410-H311- H351-H302
Fenoli *	APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003	mg/kg	<10	H351-H330-H311-H301-H319-H335-H400- H410-H341-H331-H373-H314
Oli e grassi totali*	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/kg	90	-
Oli e grassi animali e vegetali*	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003	mg/kg	83	-
Idrocarburi totali*	APAT CNR IRSA 5160/A2 Man 29 2003	mg/kg	7	-
Idrocarburi C5 ÷ C8*	EPA 3550C:2007 + EPA 8015D:2003	mg/kg	<100	H400-H410
Idrocarburi C10 ÷ C20*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	H411
Idrocarburi C>20*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	H411
Idrocarburi C10 ÷ C40*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	H411
Idrocarburi C≤12*	EPA 3550C:2007 + EPA 8015D:2003	mg/kg	<10	H400-H410
Idrocarburi C>12*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	H411
Idrocarburi totali *	Sommatoria Idrocarburi leggeri e Idrocarburi pesanti	mg/kg	<100	-



Pag. 6 di 10

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 812 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche.

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18093384 - CERTIFICATO DI ANALISI

Markers di cancerogenicità

Parametro	Quantità	Unità di misura	Metodo di analisi	Limiti D.M. 28/02/06	Limiti Istituto Superiore di Sanità 5/07/06 e D.M. 7 Novembre 2008 e smi
Benzene *	<0,001	%	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	0,1	0,1
Benzo (a) pirene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,01
Dibenzo (ah) antracene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,01
1,3-butadiene*	<0,01	%	EPA 5035 2002 + EPA 8270D:2014	0,1	0,1
Benzo (a) antracene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,01
Benzo (e) pirene*	<0,0005	%	EPA 3550c 2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1
Benzo (k) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1
Benzo (b) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c 2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1
Benzo (j) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1
Crisene *	<0,0005	%	EPA 3550c 2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1

Parametro	Metodo	Unità di misura	Risultati	Concentrazione limite ai fini della pericolosità - Allegato IV Regolamento Ce 850/2004 e s.m.i.
Diossine	EPA 3540C:1996 + EPA 8280B:2007			
PCDD*		ng/kg		
2,3,7,8 - tetracl* 1,2,3,7,8 - pentacl* 1,2,3,4,7,8 - esacl* 1,2,3,6,7,8 - esacl* 1,2,3,7,8,9 - esacl* 1,2,3,4,6,7,8 - eptacl* octacl*		ng/kg	<1,0 <5,1 <5,1 <5,1 <5,1 <5,1 <10,3	
PCDF *	EPA 3540C:1996 + EPA 8280B:2007	ng/kg		
2,3,7,8 - tetracl* 1,2,3,7,8 - pentacl* 2,3,4,7,8 - pentacl* 1,2,3,4,7,8 - esacl* 1,2,3,6,7,8 - esacl* 2,3,4,6,7,8 - esacl* 1,2,3,7,8,9 - esacl* 1,2,3,4,6,7,8 - eptacl* 1,2,3,4,7,8,9 - eptacl* octacl*		ng/kg	<1,0 <5,1 <5,1 <5,1 <5,1 <5,1 <5,1 <5,1 <5,1 <20,6	
Equivalente di tossicità (I-TEQ)*	EPA 3540C:1996 + EPA 8280B:2007	ng/kg	<11,7	
Equivalente di tossicità WHO-TEQ 2007*		mg/kg	<0,0000117	0.015



Pag 7 di 10

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/I8093384 - CERTIFICATO DI ANALISI

Sommatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE All. III come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue e dal Regolamento 2017/997/Ue, non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Sommatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE All. III come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue e dal Regolamento 2017/997/Ue

Caratteristica di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Assegnazione caratteristica di pericolo
HP1 - Esplosivo	H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241	Nessuna - non opportuna e proporzionata
HP2 - Comburente	H270, H271, H272	Nessuna - non opportuna e proporzionata
HP9 - Infettivo	-	Nessuna - non infettivo per origine
HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta	EUH029, EUH031, EUH032	Nessuna - esclusa per origine
HP14 - Ecotossico	(1)	Nessuna secondo (1)
HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	H205, EUH001, EUH019, EUH044	Nessuna - esclusa per origine

(1) Secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Ovvero $[c(H420) \geq 0,1 \text{ \%}]$ oppure $[\sum c(H400) \geq 25\%]$ oppure $[100 * \sum c(H410) + 10 * \sum c(H411) + \sum c(H412) \geq 25\%]$ oppure $[\sum c(H411) + \sum c(H413) \geq 25 \text{ \%}]$. Valori soglia: H400 e H410: 0,1 %, H411, H412, H413: 1 %.

Caratteristica di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Condizioni generali previste per l'assegnazione della caratteristica di pericolo	Assegnazione caratteristica di pericolo
HP3 - Infiammabile	H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261	<ol style="list-style-type: none"> Rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è $< 60^\circ\text{C}$ Gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è $> 55^\circ\text{C}$ e $\leq 75^\circ\text{C}$ Rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria Rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento Rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C a pressione normale di 101,3 kPa Rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose (idroreattivo) Altri rifiuti infiammabili (aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili) 	Nessuna - rifiuto liquido acquoso con punto di infiammabilità $> 60^\circ\text{C}$ e non infiammabile all'aria

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue	Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari HP4			Corrosivo HP8
Valore soglia (mg/kg)	10000			10000
Limiti (mg/Kg)	$\sum H314 \geq 10000$	$\sum H318 \geq 100000$	$\sum H315 \text{ e } H319 \geq 200000$	$\sum H314 \geq 50000$
Concentrazione rilevata	-	-	-	-



Pag 8 di 10

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

C:\ASAF\A18093384.doc

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche.

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18093384 – CERTIFICATO DI ANALISI

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione HP5					
Valore soglia (mg/kg)	-					
Limiti (mg/Kg)	H370 ≥10000	H371 ≥100000	H335 ≥200000	H372 ≥10000	H373 ≥100000	Σ H304 (1) ≥100000
Concentrazione rilevata (sostanza/elementi)	-	-	0,31 (Ba)	-	0,40 (Mn)	Caso specifico non applicabile per assenza di concentrazioni richieste

(1) In caso di concentrazione >100000, affinché possa attribuirsi la classe HP5, la viscosità cinematica totale (a 40°C) non deve essere superiore a 20,5 mm²/s.

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Tossicità acuta HP6											
Valore soglia (mg/kg)	1000 per H300, H310, H330, H301, H311, H331 10000 per H302, H312, H332											
Limiti (mg/Kg)	Σ H300 (Acute Tox.1 Oral) ≥1000	Σ H300 (acute Tox.2 Oral) ≥2500	Σ H301 ≥50000	Σ H302 ≥250000	Σ H310 (acute Tox.1 Dermal) ≥2500	Σ H310 (acute Tox.2 (Dermal)) ≥25000	Σ H311 ≥150000	Σ H312 ≥550000	Σ H330 (Acute Tox.1 Inhal) ≥1000	Σ H330 (acute Tox.2 Inhal) ≥5000	Σ H331 ≥35000	Σ H332 ≥225000
Concentrazione rilevata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Cancerogeno HP7		Tossico per la riproduzione HP10		Mutageno HP11		Sensibilizzante HP13	
Valore soglia (mg/kg)	-		-		-		-	
Limiti (mg/Kg)	H350 ≥1000	H351 ≥10000	H360 ≥3000	H361 ≥30000	H340 ≥1000	H341 ≥10000	H317 ≥100000	H331 ≥100000
Concentrazione rilevata (sostanza/elementi)	0,19 (As) 0,31 (Ba)	-	0,25 (B)	-	-	-	-	-



Pag. 9 di 10

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art. 18 e 3 D.M. 25/3/1986

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,
Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18093384 – CERTIFICATO DI ANALISI

Commento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Il percolato proviene dai biofiltri ED8, ED9, ED10, ED12 e si produce soprattutto per percolazione di acqua meteorica battente sulla superficie dei biofiltri e dalla umidificazione a pioggia degli stessi. Un contributo è dato anche dalla condensazione dell'umidità contenuta nell'aria in ingresso alla base dei biofiltri stessi.

Questi sono costituiti da biomasse (cippati oppure pigne dei pini o simili) umidificate che con l'azione batterica e la filtrazione degradano le sostanze e quindi eliminano/riducono gli odori e riducono ulteriormente le polveri già abbattute nei relativi scrubber. Gli aeriformi trattati provengono da ambienti di lavoro e da ambienti dove sono eseguite attività di trattamento meccanico, da biostabilizzazione in biocelle di sottovagli provenienti dalle linee di TM dei rifiuti urbani indifferenziati, attività di ossidazione biologica per la formazione di compost da rifiuti umidi urbani differenziati e da rifiuti biodegradabili. La concentrazione di sostanze rimaste nel percolato è molto bassa; infatti il residuo secco è pari a 0,30 % e il contenuto in ceneri pari a 0,09 %.

Per la verifica si è ritenuto di applicare un set analitico, adatto ed idoneo a rilevare la presenza di elementi e/o suoi composti, sostanze organiche, altre sostanze organiche ed inorganiche sulla base delle informazioni ricevute e delle valutazioni eseguite.

Le tecniche analitiche applicate per la determinazione dei parametri permettono di rilevare qualora presenti altre sostanze che vengono prontamente riportate nel rapporto di prova - certificato di analisi.

Dalle informazioni raccolte sulla natura e provenienza, dalle analisi effettuate sul rifiuto oggetto del presente rapporto di prova - certificato di analisi, in base al D.Lgs 152/06 e s.m.i., al Regolamento 1272/2008/CE e s.m.i. compreso il Regolamento UE 1179/2016, alla direttiva 2008/98/CE, allegato III, come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE e dal Regolamento 2017/997/UE, alla valutazione e classificazione indicate nella Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2001/118/CE, dalla Decisione 2001/119/CE, dalla Decisione 2001/573/CE, dalla Decisione 2014/955/UE, sul rifiuto costituito da "percolato prodotto nei biofiltri ED8, ED9, ED10, ED12 contenuti nelle rispettive vasche di raccolta" non si evidenziano le caratteristiche di pericolo HP1 - HP2 - HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 - HP8 - HP9 - HP10 - HP11 - HP12 - HP13 - HP14 - HP15 e pertanto va classificato **NON PERICOLOSO**.

La concentrazione di idrocarburi totali è inferiore a 1000 mg/kg e risultano di tipo non cancerogeno.

Esso può essere inviato in idoneo impianto di trattamento.

Assegnazione del Codice Europeo Rifiuti a cura del produttore.

Descrizione codificata: Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 - Ai sensi della decisione della Commissione Europea 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/UE il codice da attribuire è il 19 07 03

Codice Elenco Europeo Rifiuti, EER: 19 07 03

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI
RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: DB

Frosinone, 19/09/18



(*)Le prove non accreditate ACCREDIA sono contrassegnate con asterisco

Pag. 10 di 10

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986

C:\SAI\A18093384.doc

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche.

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739

Spett.le SAF S.p.A.

S.P. Ortella Km 3

Colfelice (FR)

RAPPORTO DI PROVA N° A/18010204 – CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: SAF S.p.A.	Campione n° 16113 Tipologia e descrizione del campione Acqua di prima pioggia
Produttore e luogo di campionamento: SAF S.p.A. – SP Ortella km 3 – Colfelice (FR)	Prelievo effettuato da: p.i. BP (personale GRASI S.R.L.)
Metodo di campionamento: UNI 10802:2013* - rif. verbale di campionamento Mod. 5.7.1 del 05/01/18	Responsabile tecnico della prova: p.i. AP e AR, dott. CC e dott.ssa SG
Data di campionamento: 05/01/18	Data di ricevimento: 05/01/18
Data di inizio analisi: 08/01/18	Data di fine analisi: 18/01/18

Analisi parametri fisici:

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità misura	Valore
pH *	CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985	upH	6,82
Stato fisico *	-	-	Liquido
Colore*	-	-	Grigio
Odore*	-	-	Tipico di rifiuto
Residuo secco*	UNI EN 14346:2007	%	0,19
Ceneri	CNR IRSA 2 Q 64 Vol. 2 1984	%	<0,05
Densità *	CNR IRSA 3 Q 64 Vol. 2 1984	gr/ml.	1,02
Infiammabilità *	ASTM D56	°C	>60

DETERMINAZIONE METALLI

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Codici di indicazione di pericolo
Alluminio e composti come Al*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	1,3	-
Antimonio e composti come Sb	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,096	H314-H411-H351-H332-H302-H301-H311-H331
Argento e composti come Ag*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,032	H272-H314-H400-H410
Arsenico e composti come As	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,029	H331-H301-H400-H410-H350-H300-H314
Bario e suoi composti come Ba*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	0,093	H301-H302-H332-H400-H410-H411-H319-H335-H315-H271-H272-H350
Berillio e suoi composti come Be	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,029	H350-H330-H301-H372-H319-H335-H315-H317-H411
Bismuto e suoi composti come Bi*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,029	-
Boro e suoi composti come B*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	0,17	H360-H330-H300-H314
Cadmio e suoi composti come Cd	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,029	H302-H312-H330-H332-H400-H410-H350-H341-H361-H372-H301-H331-H351-H373-H300-H310-H340-H360-H413-H250
Cobalto e composti come Co	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,029	H302-H318-H341-H350-H360-H372-H400-H410-H411-H334-H317-H413
Cromo VI e composti come Cr	APAT CNR IRSA 3150/C Man 29 2003	mg/kg	<10	H350-H317-H400-H410-H271-H314-H340-H360-H330-H301-H372-H312-H334
Cromo totale e suoi composti come Cr	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,032	
Ferro e suoi composti come Fe*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	4,2	



Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18010204 – CERTIFICATO DI ANALISI

Manganese e composti come Mn*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	0,70	I1332-I1302-I1373-I1411
Mercurio e composti come Hg*	EPA 3050B:1996 + EPA 7471 B:2007	mg/kg	<0,027	I1300-I1310-I1302-I1314-I1315-I1319-I1330-I1335-I1341-I1360-I1361-I1372-I1373-I1400-I1410
Molibdeno e composti come Mo*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,026	I1351-I1319-I1335
Nichel e composti come Ni	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,029	I1302-I1315-I1350-I1341-I1351-I1372-I1400-I1410-I1317-I1413
Piombo e composti come Pb	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	0,080	I1302-I1332-I1360-I1373-I1400-I1410-I1330-I1310-I1300
Rame totale e composti come Cu	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,029	I1302-I1315-I1319-I1400-I1410
Selenio e composti come Se	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,26	I1331-I1301-I1373-I1400-I1410-I1413
Stagno e composti come Sn*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,029	I1314-I1412-I1301-I1312-I1372-I1319-I1315-I1400-I1410-I1350-I1317
Tallio e composti come Tl	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,096	I1300-I1315-I1330-I1372-I1373-I1411
Tellurio e suoi composti come Te*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,032	I1350-I1372-I1400-I1410
Vanadio e composti come V	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	<0,032	I1302-I1332-I1335-I1341-I1361-I1372-I1411
Zinco e suoi composti come Zn	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	0,30	I1300-I1302-I1314-I1318-I1400-I1410
Calcio e suoi composti come Ca, di natura non pericolosa *	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	167	-
Magnesio e suoi composti come Mg, di natura non pericolosa*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	24,2	-
Potassio e suoi composti come K, di natura non pericolosa*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	124	-
Sodio e suoi composti come Na, di natura non pericolosa*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010D:2014	mg/kg	98,7	-
Azoto ammoniacale (come NH4+)	APAT CNR IRSA 4030/A2 Man 29 2003	mg/kg	37,4	-
Azoto nitroso (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Azoto nitrico (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	109	-
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	23,1	-
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Bromuri *	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Cianuri come CN- *	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	mg/kg	<2	I1330-I1400-I1410-I1310-I1300-I1351-I1373-I1350-I1372-I1334-I1317-
Solfuri *	APATA CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/kg	<10	I1350-I1372-I1317-I1400-I1410-I1311-I1302-I1314-I1341-I1373
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/kg	1300	
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	mg/kg	245	



Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto, parzialmente o integralmente, senza l'approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18010204 - CERTIFICATO DI ANALISI

DETERMINAZIONI PRODOTTI ORGANICI PERSISTENTI

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazion e	Conc. limite - Allegato IV Regolamento Ce 850/2004 e s.m.i.	Codici di indicazione di pericolo
Tetrabromodifeniletere *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	1000	-
Pentabromodifeniletere *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		H1373 - H1362 - H1400 - H1410
Esabromodifeniletere *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		-
Eptabromodifeniletere *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		-
Acido perfluoroottano sulfonato e suoi derivati *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1360D - H1372 - H1332 - H1302 - H1362 - H1410
DDT *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1301 - H1372 - H1400 - H1410
Clordano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1312 - H1302 - H1400 - H1410
Lindano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1301 - H1332 - H1312 - H1373 - H1362 - H1400 - H1410
Alfa-esaclorociclosano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Beta-esaclorocicloesano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Dieldrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1310 - H1301 - H1372 - H1400 - H1410
Endrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1300 - H1311 - H1400 - H1410
Eptacloro *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1311 - H1301 - H1373 - H1400 - H1410
Esaclorobenzene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1350 - H1372 - H1400 - H1410
Clordecone *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1311 - H1301 - H1400 - H1410
Aldrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1311 - H1301 - H1372 - H1400 - H1410
Pentaclorobenzene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1228 - H1302 - H1400 - H1410
Mirex *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1361Hd - H1362 - H1312 - H1302 - H1400 - H1410
Toxafene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1351 - H1301 - H1312 - H1335 - H1315 - H1400 - H1410
Esabromobifenile *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Endosulfan *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H1330 - H1300 - H1312 - H1400 - H1410
Esaclorobutadiene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	100	-
Naftaleni policlorurati *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<1	10	-
Alcani, C10-C13, cloro (SCCP)*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<100	10000	H1351 - H1400 - H1410
Esabromociclododecano*	Metodo interno MI 068	mg/kg	<100	1000	H1361 - H1362
PCB e PCT *	CNR IRSA 24b Q 64 Vol.3 1988	mg/kg	<1	50	H1373 - H1400 - H1410



Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere prodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739


RAPPORTO DI PROVA N°A/18010204 - CERTIFICATO DI ANALISI

DETERMINAZIONE SOLVENTI E ALTRE SOSTANZE ORGANICHE

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Codici di indicazione di pericolo
Benzene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H350-H340-H372-H304-H319-H315
Toluene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H361-H304-H373-H315-H336
Etilbenzene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H332-H373-H304
Xilene isomeri*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H226-H332-H312-H315
Stirene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H226-H361-H332-H372-H315-H319
Clorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H220-H351-H373
Diclorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351
Triclorometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351-H361-H331-H302-H372-H319-H315
Cloruro di vinile *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H220-H350
1,2-dicloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H350-H302-H319-H335-H315
1,1-dicloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H224-H351-H332
1,2-dicloropropano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H332-H302-H350
1,1,2-Tricloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351-H332-H312-H302
Tricloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H350-H341-H319-H315-H336-H412
1,2-dicloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H332-H412
1,2,3- tricloropropano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H350-H360-H332-H312-H302
1,1,2,2-tetracloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H330-H310-H411
Tetracloroetilene *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351-H411
1,1-dicloroetano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H302-H319-H335-H412
1,1,1-tricloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H332-H420
Tribromometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H331-H302-H319-H315-H411
1,2- Dibromoetano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H350-H331-H311-H301-H319-H335-H315-H411
Dibromoclorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	
Bromodiclorometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	
Monoclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H226-H332-H312-H315
1,2-diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H302-H319-H335-H315-H400-H410

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986



GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18010204 - CERTIFICATO DI ANALISI

Contaminante	Normativa	Unità di misura	Risultato	Identificativo
1,3-diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1302-I1411
1,4- diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1351-I1319-I1400-I1410
1,2,4- triclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	I1302-I1315-I1400-I1410
Pentacloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	I1351-I1372-I1411
I.P.A.*	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	mg/kg	<5	I1350-I1340-I1360-I1317-I1400-I1410-I1341-I1351-I1302
Fenoli *	APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003	mg/kg	<10	I1351-I1330-I1311-I1301-I1319-I1335-I1400-I1410-I1341-I1331-I1373-I1314
Idrocarburi C5 - C8*	EPA 3550C:2007 + EPA 8015D:2003	mg/kg	<10	I1400-I1410
Idrocarburi C10 - C20*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	I1411
Idrocarburi C>20*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	I1411
Idrocarburi C10-C40*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	I1411
Idrocarburi C≤12*	EPA 3550C:2007 + EPA 8015D:2003	mg/kg	<10	I1400-I1410
Idrocarburi C>12*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	I1411
Idrocarburi totali *	Sommatoria Idrocarburi leggeri e Idrocarburi pesanti	mg/kg	<100	-

Markers di cancerogenicità

Parametro	Quantità	Unità di misura	Metodo di analisi	Limiti D.M. 28/02/06	Limiti Istituto Superiore di Sanità 5/07/06 e D.M. 7 Novembre 2008 e smi
Benzene *	<0,001	%	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	0,1	0,1
Benzo (a) pirene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,01
Dibenzo (ah) antracene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,01
1,3-butadiene*	<0,01	%	EPA 5035:2002 + EPA 8270D:2014	0,1	0,1
Benzo (a) antracene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,01
Benzo (e) pirene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1
Benzo (k) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1
Benzo (b) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1
Benzo (j) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1
Crisene *	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8310:1986	0,005	0,1



Pag. 5 di 8

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/31/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18010204 - CERTIFICATO DI ANALISI

Sommatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE All. III come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue, non oggetto di accreditamento ACCREDIA


Sommatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE All. III come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue

Caratteristica di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Assegnazione caratteristica di pericolo
H1P1 - Esplosivo	H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241	Nessuna - non opportuna e proporzionata
H1P2 - Comburente	H270, H271, H272	Nessuna - non opportuna e proporzionata
H1P9 - Infettivo	-	Nessuna - non infettivo per origine
H1P12 - Liberazione di gas a tossicità acuta	EUIH029, EUIH031, EUIH032	Nessuna - esclusa per origine
H1P14 - Ecotossico	(1) (2) (3) (4)	Nessuna secondo (1), (2), (3) Nessuna secondo (4)
H1P15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	H205, EUIH001, EUIH019, EUIH044	Nessuna - esclusa per origine

- (1) Per l'eventuale assegnazione della classe di pericolosità H1P14 si fa riferimento: per gli idrocarburi al parere dell'ISS n. 35653 del 6 Agosto 2010 in funzione del superamento delle seguenti soglie di concentrazione: 0,25% per sostanze con codici di indicazione di pericolo H400-H410 e 2,5 % per sostanze classificate H411.
- (2) Per tutte le altre sostanze si fa riferimento ai criteri derivanti dalla normativa ADR. La caratteristica H1P14 viene assegnata in funzione della tossicità acuta delle varie sostanze mediante la somma delle concentrazioni dei componenti classificati
- Acuta $1 \times M \geq 25\%$
- Viene anche determinata in funzione del periodo di lunga durata mediante la somma delle concentrazioni dei componenti classificati
- Cronica $1 \times M \geq 25\%$
- $(M \times 10 \times \text{Cronica } 1) + \text{Cronica } 2 \geq 25\%$
- (3) Per tutte le altre sostanze l'ecotossicità è stata determinata anche facendo riferimento ai criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE come specificato nell'allegato III parte B della Direttiva 1999/45/CE e cioè per i criteri di pericolo H400-H410 concentrazione limite di 0,25% e per il criterio H411 2,5%.
- (4) **Applicabile dal 5 luglio 2018**, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Ovvero $[\sum c(H420) \geq 0,1 \text{ \%}]$ oppure $[\sum c(H400) \geq 25\%]$ oppure $[100 \times \sum c(H410) + 10 \times \sum c(H411) + \sum c(H412) \geq 25\%]$ oppure $[\sum c(H410) + \sum c(H411) + \sum c(H413) \geq 25 \text{ \%}]$. Valori soglia: H400 e H410: 0,1 %, H411, H412, H413: 1 %.

Caratteristica di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Condizioni generali previste per l'assegnazione della caratteristica di pericolo	Assegnazione caratteristica di pericolo
H1P3 - Infiammabile	H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261	<ol style="list-style-type: none"> Rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è $< 60^\circ\text{C}$ Gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è $> 55^\circ\text{C}$ e $\leq 75^\circ\text{C}$ Rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria Rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento Rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C a pressione normale di 101,3 kPa Rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose (idroreattivo) Altri rifiuti infiammabili (aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili) 	Nessuna - rifiuto liquido acquoso con punto di infiammabilità $> 60^\circ\text{C}$ e non infiammabile all'aria

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue	Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari H1P4			Corrosivo H1P1
Valore soglia (mg/kg)	10000			
Limiti (mg/Kg)	$\sum H1314$ ≥ 10000	$\sum H1318$ ≥ 100000	$\sum H1315$ e $H1319$ ≥ 200000	
Concentrazione rilevata	-	-	-	



Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18010204 – CERTIFICATO DI ANALISI

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione HP5					
Valore soglia (mg/kg)	-					
Limiti (mg/Kg)	H370 ≥10000	H371 ≥100000	H335 ≥200000	H372 ≥10000	H373 ≥100000	Σ H304 ⁽¹⁾ ≥100000
Concentrazione rilevata (sostanza/elementi)	-	-	0,093 (Ba)	-	0,70 (Mn) 0,080 (Pb)	Caso specifico non applicabile per assenza di concentrazioni richieste

(1) In caso di concentrazione >100000, affinché possa attribuirsi la classe HP5, la viscosità cinematica totale (a 40°C) non deve essere superiore a 20,5 mm²/s

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Tossicità acuta HP6											
Valore soglia (mg/kg)	1000 per H300, H310, H330, H301, H311, H331 10000 per H302, H312, H332											
Limiti (mg/Kg)	Σ H300 (Acute Tox.1 Oral) ≥1000	Σ H300 (acute Tox.2 Oral) ≥2500	Σ H301 ≥50000	Σ H302 ≥250000	Σ H310 (acute Tox.1 Dermal) ≥2500	Σ H310 (acute Tox.2 (Dermal)) ≥25000	Σ H311 ≥150000	Σ H312 ≥550000	Σ H330 (Acute Tox.1 Inhal) ≥1000	Σ H330 (acute Tox.2 Inhal) ≥5000	Σ H331 ≥35000	Σ H332 ≥225000
Concentrazione rilevata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Cancerogeno HP7		Tossico per la riproduzione HP10		Mutageno HP11		Sensibilizzante HP13	
Valore soglia (mg/kg)	-		-		-		-	
Limiti (mg/Kg)	H350 ≥1000	H351 ≥10000	H360 ≥3000	H361 ≥30000	H340 ≥1000	H341 ≥10000	H317 ≥100000	H334 ≥100000
Concentrazione rilevata (sostanza/elementi)	0,093 (Ba)	-	0,17 (B) 0,080 (Pb)	-	-	-	-	-



Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 l. legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18010204 – CERTIFICATO DI ANALISI

Commento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

L'acqua di prima pioggia proviene dal dilavamento dei piazzali e strade dello stabilimento, aventi una superficie di 18.000 m² circa. Sull'area possono essere presenti: terriccio trasportato con pneumatici degli automezzi, verde, CDR, ecc., eventualmente persi durante gli spostamenti interni con automezzi e/o pale meccaniche.

In considerazione della composizione del materiale a pavimento, della sua natura non pericolosa, della cessione di sostanze non pericolose, come confermato dal produttore del rifiuto, si ritiene di non dover ricercare ulteriori analisi oltre quelli già previsti dal SEI generale.

Per la verifica si è ritenuto di applicare un set analitico, adatto ed idoneo a rilevare la presenza di elementi e/o suoi composti, sostanze organiche, altre sostanze organiche ed inorganiche.

Le tecniche analitiche applicate per la determinazione dei parametri permettono di rilevare qualora presenti altre sostanze che vengono prontamente riportate nel rapporto di prova – certificato di analisi.

Dalle informazioni raccolte sulla natura e provenienza, dalle analisi effettuate sul rifiuto oggetto del presente rapporto di prova – certificato di analisi, in base al D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla direttiva 2008/98/CE, allegato III, come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE, alla valutazione e classificazione indicate nella Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2001/118/CE, dalla Decisione 2001/119/CE, dalla Decisione 2001/573/CE, dalla Decisione 2014/955/UE, sul rifiuto costituito da "acqua di prima pioggia" non si evidenziano le caratteristiche di pericolo HP1 – HP2 – HP3 – HP4 – HP5 – HP6 – HP7 – HP8 – HP9 – HP10 – HP11 – HP12 – HP13 – HP14 – HP15, pertanto va classificato **NON PERICOLOSO**.

La concentrazione di idrocarburi totali è inferiore a 1000 mg/kg ma risultano di tipo non cancerogeno.

Esso può essere inviato in idoneo impianto di trattamento

Assegnazione del Codice Europeo Rifiuti a cura del produttore.

Descrizione codificata: rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 - Ai sensi della decisione della Commissione Europea 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/UE il codice da attribuire è il 16 10 02

Codice Europeo rifiuti, CER: 16 10 02

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA - CERTIFICATO DI ANALISI

RAPPORTO DI PROVA – CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: SI

Frosinone, 22/01/18



(*).Le prove non accreditate ACCREDIA sono contrassegnate con asterisco

Pag. 8 di 8

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova – certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova – certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

CASAF/A18010204.doc

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche.

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

Spett.le SAF S.p.A.
S.P. Ortella Km 3
Coffelice (FR)

RAPPORTO DI PROVA N° A/18103993R - CERTIFICATI DI ANALISI

Committente: SAF S.p.A.	Campione n° 19130 Tipologia e descrizione del campione Fango da fossa settica e vasche impianto biologico
Produttore e luogo di campionamento: SAF S.p.a. - S.P. Ortella Km. 3 - Coffelice (FR)	Prelievo effettuato da: dott. OR (personale GRASI S.R.L.)
Metodo di campionamento: UNI 10802:2013* - rif. verbale di campionamento Mod. 5.7.1 del 17/09/18	Responsabile tecnico della prova: p.i. AP e AR, dott. CC e dott.ssa SG
Data di campionamento: 17/09/18	Data di ricevimento: 17/09/18
Data di inizio analisi: 19/09/18	Data di fine analisi: 11/10/18

Analisi parametri fisici:

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità misura	Valore
pH *	CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985	upH	6,84
Stato fisico *	-	-	Liquido
Colore*	-	-	Marrone
Odore*	-	-	Sgradevole
Residuo secco*	UNI EN 14346:2007	%	1,19
Ceneri	CNR IRSA 2 Q 64 Vol. 2 1984	%	0,30
Densità *	CNR IRSA 3 Q 64 Vol. 2 1984	gr/ml.	1,00
Infiammabilità *	ASTM D56	°C	>60

DETERMINAZIONE METALLI

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Codici di indicazione di pericolo
Alluminio e composti come Al*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	35,7	-
Antimonio e composti come Sb	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	0,63	H314-H411-H351-H332-H302-H301-H311-H331
Argento e composti come Ag*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,035	H272-H314-H400-H410
Arsenico e composti come As	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,032	H331-H301-H400-H410-H350-H300-H314
Bario e suoi composti come Ba*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	3,1	H301-H302-H332-H400-H410-H411-H319-H335-H315-H271-H272-H350
Berillio e suoi composti come Be	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,032	H350-H330-H301-H372-H319-H335-H315-H317-H411
Bismuto e suoi composti come Bi*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,032	-
Boro e suoi composti come B*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	0,24	H360-H330-H300-H314
Cadmio e suoi composti come Cd	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,032	H302-H312-H330-H332-H400-H410-H350-H341-H361-H372-H301-H331-H351-H373-H300-H310-H340-H360-H413-H250
Cobalto e composti come Co	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,032	H302-H318-H311-H350-H360-H372-H400-H410-H411-H334-H317-H413
Cromo VI e composti come Cr	APAT CNR IRSA 3150/C Man 29 2003	mg/kg	<10	H350-H317-H400-H410-H271-H314-H340-H360-H330-H301-H372-H312-H334
Cromo totale e suoi composti come Cr	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	0,24	-
Ferro e suoi composti come Fe*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	60,3	-



Pg. 1 di 8

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art. li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art li 8 e 3 - D.M. 25/3/1986

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche.

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739


RAPPORTO DI PROVA N°A/18103993R - CERTIFICATO DI ANALISI

Manganese e composti come Mn*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	1,4	I1332-I1302-I1373-I1411
Mercurio e composti come Hg*	EPA 3050B:1996 + EPA 7471 B:2007	mg/kg	<0,03	I1300-I1310-I1302-I1314-I1315-I1319-I1330-I1335-I1341-I1360-I1361-I1372-I1373-I1400-I1410
Molibdeno e composti come Mo*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	0,081	I1351-I1319-I1335
Nichel e composti come Ni	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	0,18	I1302-I1315-I1350-I1341-I1351-I1372-I1400-I1410-I1317-I1413
Piombo e composti come Pb	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	1,3	I1302-I1332-I1360-I1373-I1400-I1410-I1330-I1310-I1300
Rame totale e composti come Cu	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	3,0	I1302-I1315-I1319-I1400-I1410-I1318-I1332
Selenio e composti come Se	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,28	I1331-I1301-I1373-I1400-I1410-I1413
Stagno e composti come Sn*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	0,28	I1314-I1412-I1301-I1312-I1372-I1319-I1315-I1400-I1410-I1350-I1317
Tallio e composti come Tl	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,11	I1300-I1315-I1330-I1372-I1373-I1411
Tellurio e suoi composti come Te*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	<0,035	I1350-I1372-I1400-I1410
Vanadio e composti come V	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	0,11	I1302-I1332-I1335-I1341-I1361-I1372-I1411
Zinco e suoi composti come Zn	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	15,0	I1300-I1302-I1314-I1318-I1400-I1410
Calcio e suoi composti come Ca, di natura non pericolosa *	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	838	-
Magnesio e suoi composti come Mg, di natura non pericolosa*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	75,4	-
Potassio e suoi composti come K, di natura non pericolosa*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	645	-
Sodio e suoi composti come Na, di natura non pericolosa*	EPA 3050B:1996 + EPA 6010 D:2014	mg/kg	34,9	-
Azoto ammoniacale (come NH4 -)	APAT CNR IRSA 4030/A2 Man 29 2003	mg/kg	19,4	-
Azoto nitroso (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Azoto nitrico (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	66,7	-
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	21,6	-
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Bromuri *	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Cianuri come CN- *	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	mg/kg	<2	I1330-I1400-I1410-I1310-I1300-I1351-I1373-I1350-I1372-I1334-I1317-
Solfuri *	APATA CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/kg	<10	I1350-I1372-I1317-I1400-I1410-I1311-I1302-I1314-I1341-I1373
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/kg	7800	-
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120/B Man 29 2003	mg/kg	2350	-

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

C:\SAF\A18103993R.doc



GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche.

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18103993R - CERTIFICATO DI ANALISI

DETERMINAZIONI PRODOTTI ORGANICI PERSISTENTI

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Conc. limite - Allegato IV Regolamento Ce 850/2004 e s.m.i.	Codici di indicazione di pericolo
Tetrabromodifenil etero *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	1000	-
Pentabromodifenil etero *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		H373 - H362 - H400 - H410
Esabromodifenil etero *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		-
Eptabromodifenil etero *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5		-
Acido perfluorooctano sulfonato e suoi derivati *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H360D - H372 - H332 - H302 - H362 - H410
DDT *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H301 - H372 - H400 - H410
Clordano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H312 - H302 - H400 - H410
Lindano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H301 - H332 - H312 - H373 - H362 - H400 - H410
Alfa-esaclorociclosano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Beta-esaclorocicloesano *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Esacclorocicloesano (miscela di isomeri) *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Dieldrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H310 - H301 - H372 - H400 - H410
Endrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H300 - H311 - H400 - H410
Eptacloro *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H311 - H301 - H373 - H400 - H410
Esacclorobenzene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H350 - H372 - H400 - H410
Clordecone *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H311 - H301 - H400 - H410
Aldrin *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H311 - H301 - H372 - H400 - H410
Pentaclorobenzene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H228 - H302 - H400 - H410
Mirex *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H361D - H362 - H312 - H302 - H400 - H410
Toxafene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H351 - H301 - H312 - H335 - H315 - H400 - H410
Esabromobifenile *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	-
Endosulfan *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	50	H330 - H300 - H312 - H400 - H410
Esacclorobutadiene *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	100	-
Naftaleni policlorurati *	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<1	10	-
Aleani, C10-C13, cloro (SCCP)*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<100	10000	H351 - H400 - H410
Esabromociclododecano*	Metodo interno MI 068	mg/kg	<100	1000	H361-H362
PCB e PCT *	CNR IRSA 24b Q 64 Vol.3 1988	mg/kg	<1	50	H373-H400-H410

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi: esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge in forza dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986

CASAF/A18103993R.doc



GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739


RAPPORTO DI PROVA N°A/18103993R- CERTIFICATO DI ANALISI
DETERMINAZIONE SOLVENTI E ALTRE SOSTANZE ORGANICHE

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Codici di indicazione di pericolo
Benzene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H350-H340-H372-H304-H319-H315
Toluene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H361-H304-H373-H315-H336
Etilbenzene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H225-H332-H373-H304
Xilene isomeri*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H226-H332-H312-H315
Stirene*	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H226-H361-H332-H372-H315-H319
Clorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H220-H351-H373
Diclorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351
Triclorometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351-H361-H331-H302-H372-H319-H315
Cloruro di vinile *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H220-H350
1,2-dicloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H350-H302-H319-H335-H315
1,1-dicloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H224-H351-H332
1,2-dicloropropano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H332-H302-H350
1,1,2-Tricloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351-H332-H312-H302
Tricloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H350-H341-H319-H315-H336-H412
1,2-dicloroetilene*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H332-H412
1,2,3- tricloropropano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H350-H360-H332-H312-H302
1,1,2,2-tetracloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H330-H310-H411
Tetracloroetilene *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H351-H411
1,1-dicloroetano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H225-H302-H319-H335-H412
1,1,1-tricloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H332-H420
Tribromometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H331-H302-H319-H315-H411
1,2- Dibromoetano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	H350-H331-H311-H301-H319-H335-H315-H411
Dibromoclorometano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	-
Bromodiclorometano *	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	-
Monoclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H226-H332-H411-H315
1,2-diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	H302-H319-H335-H315-H400-H410

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge in senso dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art li 8 e 3 D.M. 25/3/1986

C:\ASAF\A18103993R.doc



Page 4 di 8

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18103993R - CERTIFICATO DI ANALISI

1,3-diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	11302-11411
1,4- diclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	11351-11319-11400-11410
1,2,4- triclorobenzene *	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<10	11302-11315-11400-11410
Pentacloroetano*	CNR IRSA 23a Q 64 Vol. 3 1990	mg/kg	<1	11351-11372-11411
I.P.A.*	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	mg/kg	<5	11350-11340-11360-11317-11400-11410-11341-11351-11302
Fenoli *	APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003	mg/kg	<10	11351-11330-11311-11301-11319-11335-11400-11410-11341-11331-11373-11314
Idrocarburi C5 ÷ C8*	EPA 3550C:2007 + EPA 8015D:2003	mg/kg	<10	11400-11410
Idrocarburi C10 ÷ C20*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	11411
Idrocarburi C>20*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	11411
Idrocarburi C10÷C40*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	11411
Idrocarburi C≤12*	EPA 3550C:2007 + EPA 8015D:2003	mg/kg	<10	11400-11410
Idrocarburi C>12*	UNI EN 14039:2005	mg/kg	<100	11411
Idrocarburi totali *	Sommatoria Idrocarburi leggeri e Idrocarburi pesanti	mg/kg	<100	-

Markers di cancerogenicità

Parametro	Quantità	Unità di misura	Metodo di analisi	Limiti D.M. 28/02/06	Limiti Istituto Superiore di Sanità 5/07/06 e D.M. 7 Novembre 2008 e smi
Benzene *	<0,001	%	CNR IRSA 23b Q 64 Vol. 3 1990	0,1	0,1
Benzo (a) pirene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	0,005	0,01
Dibenzo (ah) antracene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	0,005	0,01
1,3-butadiene*	<0,01	%	EPA 5035:2002 + EPA 8270D:2014	0,1	0,1
Benzo (a) antracene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	0,005	0,01
Benzo (e) pirene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	0,005	0,1
Benzo (k) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	0,005	0,1
Benzo (b) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	0,005	0,1
Benzo (j) fluorantene*	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	0,005	0,1
Crisene *	<0,0005	%	EPA 3550c:2007 + EPA 8270D:2014	0,005	0,1



Ag. 5 di 8

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18103993R – CERTIFICATO DI ANALISI

Sommatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE All. III come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE e dal Regolamento 2017/997/UE, non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Sommatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE All. III come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE e dal Regolamento 2017/997/UE

Caratteristica di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Assegnazione caratteristica di pericolo
HP1 - Esplosivo	H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241	Nessuna - non opportuna e proporzionata
HP2 - Comburente	H270, H271, H272	Nessuna - non opportuna e proporzionata
HP9 - Infettivo	-	Nessuna - non infettivo per origine
HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta	EUH029, EUH031, EUH032	Nessuna - esclusa per origine
HP14 - Ecotossico	(1) (2) (3) (4)	Nessuna secondo (1)
HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	H205, EUH001, EUH019, EUH044	Nessuna - esclusa per origine

(1) Secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Ovvero [$\sum c(H420) \geq 0,1\%$] oppure [$\sum c(H400) \geq 25\%$] oppure [$100 * \sum c(H410) + 10 * \sum c(H411) + \sum c(H412) \geq 25\%$] oppure [$\sum c(H410) + \sum c(H411) + \sum c(H413) \geq 25\%$]. Valori soglia: H400 e H410: 0,1 %, H411, H412, H413: 1 %.

Caratteristica di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Condizioni generali previste per l'assegnazione della caratteristica di pericolo	Assegnazione caratteristica di pericolo
HP3 - Infiammabile	H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261	<ol style="list-style-type: none"> Rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è <60°C Gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è >55°C e ≤75°C Rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria Rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento Rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C a pressione normale di 101,3 kPa Rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose (idroreattivo) Altri rifiuti infiammabili (aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili) 	Nessuna - rifiuto liquido acquoso con punto di infiammabilità >60°C e non infiammabile all'aria

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari HP4			Corrosivo HP8
Valore soglia (mg/kg)	10000			10000
Limiti (mg/kg)	$\sum H314$ ≥10000	$\sum H318$ ≥100000	$\sum H315$ e H319 >200000	$\sum H314$ ≥50000
Concentrazione rilevata	-	-	-	-



Pag. 6 di 8

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18103993R - CERTIFICATO DI ANALISI

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione HP5					
Valore soglia (mg/kg)	-					
Limiti (mg/Kg)	H370 ≥10000	H371 ≥100000	H335 ≥200000	H372 ≥10000	H373 ≥100000	Σ H304 (1) ≥100000
Concentrazione rilevata (sostanza/elementi)	-	-	3,1 (Ba) 0,11 (V) 0,081 (Mo)	0,18 (Ni) 0,28 (Sn) 0,11 (V)	1,4 (Mn) 1,3 (Pb)	Caso specifico non applicabile per assenza di concentrazioni richieste

(1) In caso di concentrazione ≥100000, affinché possa attribuirsi la classe HP5, la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non deve essere superiore a 20,5 mm²/s

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Tossicità acuta HP6											
Valore soglia (mg/kg)	1000 per H300, H310, H330, H301, H311, H331 10000 per H302, H312, H332											
Limiti (mg/Kg)	Σ H300 (Acute Tox.1 Oral) ≥1000	Σ H300 (acute Tox.2 Oral) ≥2500	Σ H301 ≥50000	Σ H302 ≥250000	Σ H310 (acute Tox.1 Dermal) ≥2500	Σ H310 (acute Tox.2 Dermal) ≥25000	Σ H311 ≥150000	Σ H312 ≥550000	Σ H330 (Acute Tox.1 Inhal) ≥1000	Σ H330 (acute Tox.2 Inhal) ≥5000	Σ H331 ≥35000	Σ H332 ≥225000
Concentrazione rilevata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE	Cancerogeno HP7		Tossico per la riproduzione HP10		Mutageno HP11		Sensibilizzante HP13	
Valore soglia (mg/kg)	-		-		-		-	
Limiti (mg/Kg)	H350 ≥1000	H351 ≥10000	H360 ≥3000	H361 ≥30000	H340 ≥1000	H341 ≥10000	H317 ≥100000	H334 ≥100000
Concentrazione rilevata (sostanza/elementi)	3,1 (Ba) 0,18 (Ni) 0,28 (Sn)	0,63 (sb) 0,081 (Mo) 0,18 (Ni)	0,24 (B) 1,3 (Pb)	0,11 (V)	-	0,18 (Ni) 0,11 (V)	0,28 (Sn) 0,18 (Ni)	-



Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.11 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.11 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605



LAB N° 0739

RAPPORTO DI PROVA N°A/18103993R – CERTIFICATO DI ANALISI

Commento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Il rifiuto è costituito da fango della fossa settica e da fango delle vasche dell'impianto biologico di reflui civili. Per effettuare il campionamento sono stati prelevati diversi incrementi campioni a diverse altezze e in diversi punti secondo la norma UNI 10802:2013.

Gli incrementi campione sono stati prelevati nella vasca di sedimentazione dell'impianto biologico, nella vasca di ossidazione dell'impianto biologico, nella cisternetta di raccolta fanghi affiorati in superficie e dalla fossa settica nella quale arrivano i reflui dei bagni del reparto compost.

Tutti gli incrementi sono stati raccolti in un secchio e dopo miscelazione è stato prelevato il campione di laboratorio.

Per la verifica si è ritenuto di applicare un set analitico, adatto ed idoneo a rilevare la presenza di elementi e/o suoi composti, sostanze organiche, altre sostanze organiche ed inorganiche e a determinare i parametri ritenuti pertinenti sulla base delle informazioni ricevute e delle valutazioni eseguite.

Le tecniche analitiche applicate per la determinazione dei parametri permettono di rilevare qualora presenti altre sostanze che vengono prontamente riportate nel rapporto di prova – certificato di analisi.

Dalle informazioni raccolte sulla natura e provenienza, dalle analisi effettuate sul rifiuto oggetto del presente rapporto di prova – certificato di analisi, in base al D.Lgs 152/06 e s.m.i., al Regolamento 1272/2008/CE e s.m.i. compreso il Regolamento Commissione Ue 2016/1179/Ue, alla direttiva 2008/98/CE, allegato III, come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue e dal Regolamento 2017/997/Ue, alla valutazione e classificazione indicate nella Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2001/118/CE, dalla Decisione 2001/119/CE, dalla Decisione 2001/573/CE, dalla Decisione 2014/955/Ue, sul rifiuto costituito da "fango da fossa settica e vasche impianto biologico" non si evidenziano le caratteristiche di pericolo HP1 - HP2 - HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 - HP8 - HP9 - HP10 - HP11 - HP12 - HP13 - HP14 - HP15, pertanto va classificato **NON PERICOLOSO**.

La concentrazione di idrocarburi totali è inferiore a 1000 mg/kg e risultano di tipo non cancerogeno.

Esso può essere inviato in idoneo impianto di trattamento.

Assegnazione del Codice Elenco Europeo Rifiuti a cura del produttore.

Descrizione codificata: fanghi delle fosse settiche - Ai sensi della decisione della Commissione Europea 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/Ue il codice da attribuire è il 20 03 04

Codice Elenco Europeo Rifiuti, EER: 20 03 04

Modifica al rapporto di prova A/18103993 – certificato di analisi del 12/10/18 Il rapporto di prova A/18103993 – certificato di analisi non è più valido e non può essere utilizzato dalla data di emanazione della presente revisione A/18103993R.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA – CERTIFICATO DI ANALISI

RAPPORTO DI PROVA – CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: FV

Frosinone, 16/10/18



(*)Le prove non accreditate ACCREDIA sono contrassegnate con asterisco

Pag. 8 di 8

Analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova – certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova – certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.